AED ULTRA COMPACT CONNECT

AED UCC - Der kleinste AED der Welt

Anleitung



Display ROT BLINKEND: Patient nicht berühren!

- Analyse (CHECK)
- Schock (SHOCK)

Display GELB BLINKEND: Aktion erforderlich!

- Elektroden-Pads einstecken (INSERT PADS)
- Elektroden-Pads aufkleben (STICK PADS)

Display GRÜN: Patient kann berührt werden!

- Eingeschaltet (READY)
- Elektroden-Pads eingesteckt (OK)
- Reanimation (PRESS)

1. AED ULTRA COMPACT CONNECT öffnen

Sprachanweisung:

- **"AED UCC einsatzbereit"**

Display:

- **"READY"**

2. Elektroden einstecken

Sprachanweisung:

- **"Elektroden-Pads einstecken"**

Display:

- **GELB BLINKEND**
- **"INSERT" "PADS" alternierend**



Sprachanweisung:

- **"Elektroden-Pads OK"**

Display:

- **GRÜN**
- **"OK"**

3. Elektroden aufkleben

Sprachanweisung:

- **"Elektroden-Pads wie abgebildet aufkleben"**

Display:

- **GELB BLINKEND**
- **"STICK" "PADS" alternierend**



4. Herzrhythmusanalyse

Sprachanweisung:

- **"Patient nicht berühren! Herzrhythmusanalyse"**

Display:

- **ROT BLINKEND**
- **"CHECK"**

5. Schockabgabe

Sprachanweisung:

- **"Patient nicht berühren! Schocktaste drücken"**
- **Dauerpfeifton**

Display:

- **ROT SCHNELL BLINKEND**
- **"SHOCK"**

6. Reanimation fortführen

Sprachanweisung:

- **"Reanimation fortführen. Kräftig und schnell in der Brustkorbmitte drücken"**

Display:

- **"PRESS"**